



Warszawa, 3 stycznia 2023 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa **kompresora bezolejowego na stanowisko wilgotności wyposażone w komorę klimatyczną.**

Jedno ze stanowisk wilgotności w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB wyposażone jest w komorę klimatyczną. Komora ta może pracować w rozszerzonym zakresie dla niskich wilgotności przy podłączeniu sprężonego powietrza z zewnątrz. W celu zapewnienia sprężonego powietrza o wymaganych parametrach należy dostarczyć 1 (jeden) kompresor bezolejowy o parametrach technicznych zamieszczonych w tabeli 1. Ponadto kompresor musi być wyposażony w:

- regulator ciśnienia powietrza roboczego,
- filtr powietrza 5 µm,
- automatyczny drenaż zbiornika i osadnika filtra.

Tabela 1 Specyfikacja kompresora bezolejowego

Wymagane parametry/funkcje	Wymagane wartości
Napięcie zasilania	230 VAC, 50 Hz
Moc	2,2 kW lub większa
Wydajność sprężarki przy 8 bar	210 l/min lub więcej
Ciśnienie maksymalne	8 bar lub więcej
Objętość zbiornika	90 litrów lub więcej
Głośność	79 dB(A) lub mniejsza
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Cykl pracy	S1-100 %
Przyłącze	Szybkozłącze jednostronnie odcinające DN 7,2
Instrukcja obsługi	Wersja papierowa w języku angielskim i polskim.
Certyfikaty i standardy	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344). Deklaracje zgodności określone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5).
Okres gwarancji	Minimum 24 miesiące





Termin realizacji zamówienia: **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: IMGW-PIB ul. Podleśna 61, Warszawa, budynek B.**

Kryteria oceny oferty: Cena – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia na zespół urządzeń opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Inne istotne warunki zamówienia:

- ważność oferty co najmniej 60 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.
- płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu.

Warunki stawiane Wykonawcy:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- uzupełniony i podpisany Formularz oferty (**załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego),
- podpisaną klauzulę RODO (**załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego),
- podpisane oświadczenie Wykonawcy (**załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **drogą elektroniczną** w terminie do dnia: 31.01.2023 r. na adres e-mail: **marek.zyla@imgw.pl**.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Marek Żyła, tel. 503 199 028.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO,
3. Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy.

