



Warszawa, dnia 20.11.2017 r.

Nr pisma: NA/~~1310~~/AZ ~~180~~/2017

Do Wykonawców

Strona internetowa

Zamawiającego www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ***Dostawa czujników pomiarowych z podziałem na 6 części***, oznaczenie sprawy AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniu 17 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia, co następuje.

Dotyczy Części nr 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sondy hydrostatycznej stanu wody z ceramiczną celą pomiarową, która spełnia wszystkie inne wymagania techniczne określone w OPZ dla tego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie sondy hydrostatycznej stanu wody z ceramiczną celą pomiarową, która spełnia wszystkie inne wymagania techniczne określone w OPZ dla tego urządzenia.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany załącznika nr 5.4 do SIWZ.


Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sondy hydrostatycznej która zasilana będzie napięciem z zakresu +9,6 do + 28 VDC, który obejmuje typowo używane w instalacjach hydro-meteorologicznych wartości zasilania 12 lub 24 VDC

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje obecny zapis SIWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz Załącznik nr 5.4 do SIWZ po zmianie stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH

Joanna Szczepańska

Załącznik:

Załącznik nr 5.4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu zamówienia



Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.4 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETRY OFEROWANEGO PRZYRZĄDU <i>Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu).</i>
Czujniki hydrostatyczne stanu wody (70 sztuk) Oferowany model Producent	Zakres pomiarowy stanu wody 0-10 m.	
	Dokładność pomiaru stanu wody 5 mm	
	Rozdzielczość pomiaru stanu wody 1 mm	
	zasilanie czujnika: 9 - 30 VDC	
	Pobór prądu – tryb pomiaru < 4 mA	
	Długość przewodu 45 m	
	piezorezystancyjny czujnik z membraną metalową. Zamawiający dopuszcza dostarczenie sondy hydrostatycznej stanu wody z ceramiczną celą pomiarową, która spełnia wszystkie inne wymagania techniczne określone w OPZ dla tego urządzenia.	
	Przewód musi posiadać kapilarę kompensującą wpływ ciśnienia atmosferycznego	
	Kompensacja wpływu temperatury wody na pomiar poziomu dla zakresu - 5°C do +45°C	
	Czujnik temperatury - zakres pomiaru od -25°C do +70°C, dokładność 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C,	
	Średnica nieprzekraczająca $\varnothing = 25$ mm,	
	Dokładność pomiarowa 0,3% lub lepsza	
	Klasa ochrony IP68	
	Wytrzymałość na przekroczenie zakresu pomiarowego bez trwałego uszkodzenia membrany pomiarowej	
	wyjście: SDI-12 (trzy-przewodowe)	
	obsługiwane interfejsy SDI-12 (pełna kompatybilność z v1.3) i 4-20 mA (dopuszczamy tylko jeden interfejs SDI-12),	

	raportowanie błędu pracy przez SDI-12	
CENA NETTO ZA 1 SZT		

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

.....
miejsowość i data

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej