



Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Nr pisma: NA/118/AZ / 812/2017

Do Wykonawców
Strona internetowa
Zamawiającego www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **Dostawa czujników pomiarowych z podziałem na 6 części**, oznaczenie sprawy AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniu 17 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia, co następuje.

Dotyczy Części 5 zamówienia

Pytanie nr 1

W OPZ dotyczącego „Limnimetru„ w wierszu „Parametry elektryczne” wymaga się zasilania bateryjnego 3 x 1,5 V. W drugiej części tego wymagania Zamawiający określa, że to zasilanie powinno mieć typowo 12/24V DC. Proszę o uściślenie tego wymagania bo jeden zapis zaprzecza drugiemu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące zasilania bateryjnego 3x1,5V. Wykreśla zapis „typowo 12/24V”.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany załącznika nr 5.5 do SIWZ.

Pytanie nr 2

W OPZ dotyczącego „Limnimetru „ w wierszu „Rejestrator” wymaga się: „Typ logowania: wybieralny: liniowy lub logarytmiczny”. Proszę o doprecyzowanie tego zapisu. Czy chodzi może o możliwość wyboru interwału rejestracji danych pomiędzy stałym w czasie (np. 1 raz na 10 min) a zmiennym w czasie (np. pierwsza godzina – pomiar raz na 10 minut, następne 4 godziny – pomiar raz na 30 min, następnych 8 godzin – pomiar raz na 1 godzinę, itd.) stosowanym np. przy pomiarach własności hydrodynamicznych, np. stabilizacji stanu wody w piezometrze po jego „pompowaniu”

Odpowiedź:

Typ logowania: liniowy, logarytmiczny - swobodnie programowalny (tablica rejestrowania) do testów pompowania, rejestracja danych z wyzwalaniem zdarzeń

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany:

1) Załącznika nr 5.1 dla Części 1 zamówienia, polegającej na doprecyzowaniu zapisów (omyłek pisarskich) w zakresie wymaganych parametrów dotyczących:

- Czujnika temperatury i wilgotności powietrza:
 - ✓ temperatura środowiska pracy od -80 do +60 °C na zapis: temperatura środowiska pracy od -80 °C do +60 °C
 - ✓ zakres pomiaru temperatury od -80 do +60 °C na zapis: zakres pomiaru temperatury od -80 °C do +60 °C
- Czujnika temperatury gruntu:
 - ✓ zakres pomiaru temperatury od -40 do 60 na zapis: zakres pomiaru temperatury od -40 °C do 60
- Miernika widzialności i pogody bieżącej
temperatura środowiska pracy od -40° do 60°C, na zapis: temperatura środowiska pracy od -40° C do +60°C
- Miernika wysokości podstawy chmur – Ceilometr:
 - ✓ zakres temperaturowy pracy od – 40 do +60 ° C, na zapis: zakres temperaturowy pracy od – 40 ° C do +60 ° C

2) Załącznika nr 5.6 dla Części 6 zamówienia, polegającej na zmianie zapisu wymaganego parametru – „Interfejsy” 0/4-20 mA(konfigurowalne) na zapis „4-20 mA(konfigurowalne”.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz Załącznik nr 5.1, Załącznik nr 5.5 i Załącznik 5.6 do SIWZ po zmianie stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. ORGANIZACYJNYCH



Joanna Szczepańska

Załączniki:

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5.5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5.6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu zamówienia