



Warszawa, dnia 27.11.2017 r.

Nr pisma: NA/1981/AZ/84/2017

Do Wykonawców

Strona internetowa

Zamawiającego www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **Dostawa czujników pomiarowych z podziałem na 6 części**, oznaczenie sprawy AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniu 23 listopada 2017 r. i 27 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia, co następuje.

Dotyczy Części 2 zamówienia

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje deszczomierz z obudową aluminiową? Zastosowanie takiej obudowy zapewni podobną trwałość i wagę urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza deszczomierz z obudową aluminiową.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje deszczomierz o wymiarach mniejszych niż podane w specyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje deszczomierz grzany o poborze mocy 140W?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Pytanie nr 4

W Specyfikacji technicznej (załącznik nr 5.2 do SIWZ) wymagania dotyczące dokładności sformułowane są następująco: Dokładność 0,1 mm dla opadu ≤ 5 mm, 2% przy intensywności opadu > 5 mm/h

Dla jakiej intensywności opadu wymagana jest dokładność 0,1mm?

Dokładność 0,1 mm wymagana jest dla opadu ≤ 5 mm/h

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz Załącznik nr 5.2 do SIWZ po zmianie stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH


Joanna Saszopańska

Załączniki:

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu zamówienia