

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przepływomierz profilujący ADCP wraz z zestawem precyzyjnego odbiornika GPS do głębokich wód – 3 sztuki

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Oferowany
1	Głowica pomiarowa wielowiązkowa	Tak	Tak
2	Praca w oparciu o technologię wąskopasmową i szerokopasmową	Tak	Tak
3	Praca w oparciu o technologię puls-koherentną	Tak	Tak
4	Możliwość pomiaru metodą Section by Section	Tak	Tak
5	Możliwość pomiaru metodą „moving boat”	Tak	Tak
6	Pionowa wiązka do określania głębokości	Tak	Tak
8	Automatyczna kompensacja rozmiaru komórek pomiarowych	Tak	Tak
9	Wbudowany kompas z dwuosiowym czujnikiem przechyłu	Tak	Tak
10	Określanie pozycji za pomocą opcji „bottom tracking”	Tak	Tak
11	Określanie pozycji przy pomocy zintegrowanego systemu GPS	Tak	Tak
12	Pomiar temperatury wody	Tak	Tak
13	Format wymiany wyników pomiaru	Plik ASCII	Tak
14	Transmisja danych do i z instrumentu:		Tak
	• Bluetooth/Radio	Tak	Tak
	• Kabel transmisyjny	Tak	Tak
15	Pamięć wewnętrzna	Tak	Tak
16	Urządzenie pomiarowe ADCP powinno być dostarczone w komplecie składającym się z: ▪ głowicy pomiarowej ADCP, ▪ kufra transportowego, ▪ pływaka, ▪ źródła zasilania (2 komplety), ▪ ładowarki, ▪ kompletu kabli, ▪ GPS ▪ oprogramowania do przetwarzania danych na PC		Tak
17	Kąt nachylenia wiązki	kąt nachylenia wiązek w ° przedziale od 20° do 25°	 (należy wpisać parametr)
18	Pomiar prędkości wody przy zakresie głębokości	od minimum 0,20 m do minimum 25,0 m	 (należy wpisać parametr)
19	Śledzenie dna w wodzie	od głębokości minimum 0,3 m	 (należy wpisać parametr)
20	Rozmiar komórki pomiarowej	od 0,02 m	 (należy wpisać parametr)

21	Zakres pomiaru prędkości wody	minimum do 5 m/s	 (należy wpisać parametr)
22	Czas pracy przepływomierza na jednym zestawie baterii (akumulatorów)	min. 6 godz.	 (należy wpisać parametr)
23	Rozdzielczość pomiaru prędkości	0,1 cm/s lub wyższa	 (należy wpisać parametr)
24	Rozdzielczość pomiaru temperatury wody	0,01°C lub wyższa	 (należy wpisać parametr)

Wykonawca zobowiązany jest w poz.17-24 Specyfikacji Technicznej wpisać oferowane parametry.

Oświadczam, że oferowane przepływomierze profilujące typu ADCP wraz z zestawem precyzyjnego odbiornika GPS do głębokich wód, spełniają wymagane parametry określone w poz. 1-16 Specyfikacji Technicznej.

Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego urządzenia w poz. 17-24 Specyfikacji Technicznej lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegająca na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisanu przedmiotu oferowanego świadczenia.

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Nazwa producenta oferowanego przepływomierza profilującego:

(należy wpisać nazwę producenta)

Model przepływomierza profilującego:

(należy wpisać model)

.....
miejsowość i data

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej